OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAM-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 05.09.2014
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	DM250 617124	Fecha Inicio	26/08/21 8:04	Fecha Fin	26/08/21 9:32

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs.)	PRESIÓN (x 1 PSI)	OXÍGENO (93% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Sin filtro)	FILTROS (Sin filtro)	BASE (Sin filtro)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (3 l/Min)	OBSERVACIONES
	5053	8.0	296											Baja pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 30 min	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

PRUEBAS TECNICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS ALARMAS EN CONCENTRADOR

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tenaza de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs.)	PRESIÓN (x 1 PSI)	OXÍGENO (93% - 96%)	FLUJÓMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Sin filtro)	FILTROS (Sin filtro)	BASE (Sin filtro)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (3 l/Min)	OBSERVACIONES
	5053	8.0	27.5											Equipo de Medisys Oxigenado

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G