ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADMAN-FR-028
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05-06-2014
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1329B	Fecha Inicio	26/2/2014 7:30	Fecha Fin	26/2/2014 9:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

DIAGNOSTICO INICIAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In. Y Pdg)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (1.5 Vdc)	REJILLAS (5V Vdc)	FILTROS (5V Vdc)	BASE (5V Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - 5Vdc)	RUEDAS (5V Vdc)	OBSERVACIONES
	20825	6.3	92.7	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	10 min	Genero Warma	No X	Si	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

ANALISIS DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica vidas de la pila	4.9 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN LOS CONCENTRADOR

ANALISIS DE SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LR - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	La
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	activo
4	Desconexion tecla de flujo	Desconecta linea electrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In. Y Pdg)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (1.5 Vdc)	REJILLAS (5V Vdc)	FILTROS (5V Vdc)	BASE (5V Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - 5Vdc)	RUEDAS (5V Vdc)	OBSERVACIONES
	20839	6.3	92.2	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.