



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OX-MAN-PM-002
Versión: 1
Fecha Actualización: 20-06-2018
Página 1 de 1

Fecha Recepción: _____ Remesa # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **1-N-2956 B** Fecha Inicio: **27/08/21** 10:43 Fecha Fin: **27/08/21** 12:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	MOMENTO	PRESION	GONDOLEO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo x 5"	(20-40)	(20-40)	(20-40)				BASE (20-40)	BASE (20-40)		
En Mantenimiento	1212	6.2	92.7	S	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI				mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		X									
2. RUIDO EXTRAÑO						3. ESTADO DE MANGUERAS						4. SISTEMA DE REFRIGERACION					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2 S. V	Verifica voltaje de la pila	4.10
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI leve
6	Otros		
7	Otros		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 5 (Carga Operativa)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E2)	E5
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2)	L2
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de agua	Obtener manguera de agua de uno de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	MOMENTO	PRESION	GONDOLEO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo x 5"	(20-40)	(20-40)	(20-40)				BASE (20-40)	BASE (20-40)		
En Mantenimiento	1213	6.2	90.8	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI				Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Walter C.*