ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GADHMM-PR-029
Versión: 1	Fecha Aprobación: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auditar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NAV-1898 B	Fecha Inicio	28/08/21 9:26	Fecha Fin	28/08/21 9:24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO EN SOLICITUD DE SERVICIO

CAUSA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES CAUSA POR PROVEEDOR

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LS-LD)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9912	6.8	92.4	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

No.	Prueba / Mecanismo	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecto línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alta de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LS-LD)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	9914	6.6	93.6	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Pendiente Correctivo de

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.