ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F5A02-190201B7	Fecha Inicio	28/09/21 7:27	Fecha Fin	28/09/21 9:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA DE PUNTERO (OPERACIÓN DEL EQUIPO)

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-6V)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-6V)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LB-ES)	REJILLAS (5V-6V)	FILTROS (5V-6V)	BASE (5V-6V)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (ST-VD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (ST-VD)	RUEDAS (5V-6V)	OBSERVACIONES
	9277	6.6	92.9	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	91 min	Genero Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	LL
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LB-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tejada de flujo	Desconecte linea eléctrica	OK
5	Activación de valvula de olivia	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-6V)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-6V)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LB-ES)	REJILLAS (5V-6V)	FILTROS (5V-6V)	BASE (5V-6V)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (ST-VD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (ST-VD)	RUEDAS (5V-6V)	OBSERVACIONES
	9279	6.6	93.2	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO