ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-PR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MV-4419B | Fecha Inicio: 28/08/21 9:31 | Fecha Fin: 28/08/21 11:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

REPORTADO DISPUESTO POR EL SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TAQUERO

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (94%-99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (3 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	RELILLAS (5 Vac)	FILTROS (50 Hz)	BASE (3 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (12 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (12 Vdc)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	8065	6.10	94.7	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	60 min	Generó Alarma	No X	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X / Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	LO
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LSD Rojo + LED amarillo y (LL-LO-SS)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	*Desconexión lógica de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (94%-99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (3 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	RELILLAS (5 Vac)	FILTROS (50 Hz)	BASE (3 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (12 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (12 Vdc)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	8066	6.5	93.9	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.