

Fecha Revisión: _____ Revisión n°: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MN-2028B** Fecha Inicio: **28/08/21 9:36** Fecha Fin: **28/08/21 11:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALEA	DAÑO	POSSIBLE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DE REPORTE	REPARATO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	OJIBERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN			SEÑALES							BASE
					(SI-NO)	PIA (SI-NO)	"Flujo a F" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
24210	6.9	94.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Código Alarma		No		Códif					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI No			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sellos/antiderrame					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		Agudo
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUS

No.	Prueba / Emisión	Descripción	Resultado
1	Flujo + D (Clase Regenera)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L20 Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	Lo
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Controlar funcionamiento de válvula de alivio de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	OJIBERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN			SEÑALES						
					(SI-NO)	PIA (SI-NO)	"Flujo a F" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
24211	6.9	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Forma correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO												Wlmar G.		