

Fecha Recepción: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MU-(290)1270B** Fecha Inicio: **31/01/21** 7:35 Fecha Fin: **31/03/21** 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	FECHAS	PERIODO CAMBIO

DE FALLAS ADICIONALES AGRAVADAS POR FACENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORIBIENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-3)	Pila (2-3)	Tiempo a 0" (2-3)				BASE (10-10)	RANEA (11-10)	(10-10)		
14705	6292.2	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Generó Alarma		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK parte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Solenoides)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fuga Muestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORIBIENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-3)	Pila (2-3)	Tiempo a 0" (2-3)				BASE (10-10)	RANEA (11-10)	(10-10)		
14705	6291.8	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento Firma Mantenimiento: <i>Wilma G.</i>