ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXYPro

FORMATO	
Código	SAD-MAN-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-45863	Fecha Inicio	01/12/21 8:53	Fecha Fin	01/12/21 10:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO/OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID SENSOR	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES DE ENVIO / ADICIONALES

PRUEBAS

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (Hm)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	16479	6,7	93.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Gasará Alarma	No X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5, V	Verifica voltaje de la pila	5,1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (l/m)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	16493	6.3	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.