ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-309
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Asistir Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-44733 | Fecha Inicio: 01/12/21 7:32 | Fecha Fin: 01/12/21 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ENTREGA REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

PALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REMPLAZO	CAMBIADO
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

RECIBE A SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-5C)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (5l-5m)	FILTROS (5l-5m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-5m)	MANIJA (5l-5C)	RUEDAS (5l-4m)
	12494	6.3	95.3	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricos del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK pues te
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SS)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-5C)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (5l-5m)	FILTROS (5l-5m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-5m)	MANIJA (5l-5C)	RUEDAS (5l-4m)
	12495	6.3	95.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.