



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
B20-MAN-PR-008
Versión 1
Fecha Actualización: 04/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Rankión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NP-334B** Fecha Inicio: **01/12/21** Hora: **7:30** Fecha Fin: **01/12/21** Hora: **9:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	CANTIDAD	UNIDAD	REPARO	EMBIADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Piso a 0" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
10667	6.3	94.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		SI	Casi?		SI		SI		
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	Más	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Más			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Don Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Piso a 0 (Cierre Respirador)	Se verifica activación de alarma (LL-LD-ES)	SI
2	Piso Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Piso a 0" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
10667	6.2	92.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcta funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmar G.*