ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	DM/90815118	Fecha Inicio	02/12/21 9:06	Fecha Fin	02/12/21 10:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIOLERAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(Hrs)	(9-7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	Mant. preventivo
	142	8.4	93.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	NO	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIOLERAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(Hrs)	(9-7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	Funciona Correctamente
	143	8.4	92.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.