



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-PROB  
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/09/2018  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Ruedas # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Identificación del Equipo  
Codigo Equipo: **NV-4260B** Fecha Inicio: **03/12/21 9:02** Fecha Fin: **03/12/21 10:42**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	TIPO	SEVERIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	REPORTE	REPARADO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-14)	Pila (2-14)	"Fijo a 4" (3-14)				15-14	16-14		
03/12/21	6.3	09.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Mant. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		10 min		Generó Alarma		No	SI	X	Cual?	NO			
2. RUÍDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verific voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otros:		parte
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Tam 2		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 4 (Clens fijóvato)	Se verifica activación de alarmas (11-13-EE)	ES
2	Fijo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y 11-13-EE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarmas	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-14)	Pila (2-14)	"Fijo a 4" (3-14)				15-14	16-14		
03/12/21	6.1	09.9	S	SI	SI	ES	SI	SI	NO	SI	SI	SI		Fuera Correctamente Wilmu G

FIRMA MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_