ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NV-44823	Fecha Inicio	03/12/21 1:33	Fecha Fin	03/12/21 9:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 lts)	Pila (10 lts)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (10 - lts)	FILTROS (10 - lts)	BASE (10 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (M - 005)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (M - 006)	RUEDAS (10 - lts)	OBSERVACIONES
	21171	5.7	95.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	EE
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 lts)	Pila (10 lts)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (10 - lts)	FILTROS (10 - lts)	BASE (10 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (M - 005)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (M - 006)	RUEDAS (10 - lts)	OBSERVACIONES
	21172	6.2	94.1	Si	Si	Si	EE	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correctivo funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO