ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/03/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MN-2300B	Fecha Inicio	03/12/21 8:40	Fecha Fin	03/12/21 10:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	

Sin Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELES	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(80% - 98%)	(El-Ao)	Desconexión (El-Ao)	Pila (El-Ao)	"Flujo a 0" (LO-EE)	(El - Ao)	(El - Ao)	(El - Ao)	BASE (El - Ao)	MANGUA (El - Ao)	(El-Ao)	
	19432	6.4	99.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	37 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	No				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.81
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

Sin Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELES	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(80% - 98%)	(El-Ao)	Desconexión (El-Ao)	Pila (El-Ao)	"Flujo a 0" (LO-EE)	(El - Ao)	(El - Ao)	(El - Ao)	BASE (El - Ao)	MANGUA (El - Ao)	(El-Ao)	
	19435	6.3	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	