ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	Mr. 1359B	Fecha Inicio	03/12/21	Fecha Fin	03/12/21	11:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			filtro central			2		X		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5-7 PSI)	OXIGENO (80% - 88%)	FLUJOMETRO (50 Alc)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Alc)	Pila (50 Alc)	"Flujo = 0" (LO-ES)	ESTANJADAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - No)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	11359	6.0	76.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	13 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Lo		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5-7 PSI)	OXIGENO (80% - 88%)	FLUJOMETRO (50 Alc)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Alc)	Pila (50 Alc)	"Flujo = 0" (LO-ES)	ESTANJADAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - No)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	11741	1.3	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO