ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	SNO193987	Fecha Inicio	03/12/21 10:02	Fecha Fin	03/12/21 10:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		
								SI		NO		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-98%)	FLUJOMETRO (0.5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.5 Lts)	Pila (0.5 Lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	VENTILLAS (5 - 7 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 - 7 Lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5 - 7 Lts)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (10 - 14 Lts)	RUEDAS (0.5 Lts)	OBSERVACIONES
	18200	6.2	85.0	5	5	5	N/A	5	5	5	N.A	N	5	Presenta Baja Pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	20 min	Generó Alarma	No X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-98%)	FLUJOMETRO (0.5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.5 Lts)	Pila (0.5 Lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	VENTILLAS (5 - 7 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 - 7 Lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5 - 7 Lts)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (10 - 14 Lts)	RUEDAS (0.5 Lts)	OBSERVACIONES
	18200	6.2	93.9				N.A							Baja Pureza Medio

FIRMA MANTENIMIENTO	