ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	SN0129100	Fecha Inicio	02/12/21 9:11	Fecha Fin	07/12/21 10:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

									SI		No		
									SI		No		
									SI		No		
									SI		No		
									SI		No		
									SI		No		
									SI		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (0 - 4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	BOQUILLAS (0 - 3Lts)	FILTROS (0 - 3Lts)	BASE (0 - 3Lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1Lts)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (0 - 1Lts)	RUEDAS (0 - 3Lts)	OBSERVACIONES
	4030	6.3	88.6				N.A							Presente Baja pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (0 - 4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	BOQUILLAS (0 - 3Lts)	FILTROS (0 - 3Lts)	BASE (0 - 3Lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1Lts)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (0 - 1Lts)	RUEDAS (0 - 3Lts)	OBSERVACIONES
	4032	6.3	87.7				N.A							Baja pureza Oxigenada

FIRMA MANTENIMIENTO