

Fecha Remisión: _____ Rotación # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **SM0194348** Fecha Inicio: **07/12/21 10:31** Fecha Fin: **07/12/21 11:42**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CANTIDAD	REPORTE	REPARO CERRADO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (11-10)	Pila (11-11)	"Flujo a 6"				(11-12)	(11-13)	(11-14)			(11-15)	(11-16)
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO			SI/NO	SI/NO
11/3/21	6.3	95.7	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	X	SI	Plant. preventivo				

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **1 hora** Generó Alarma: Sí No Costo: _____

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: **Buena** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Mala Sí No Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (11-10 - 11)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) (11-10-11)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (11-10)	Pila (11-11)	"Flujo a 6"				(11-12)	(11-13)	(11-14)			(11-15)	(11-16)
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO			SI/NO	SI/NO
11/3/21	6.3	95.7	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Funciona Correctamente				

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*