

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: BAC-AMA-PP-003 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/03/2010 Página: 1 de 3	
Fecha Recepción	Revisión E	Auxilio Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo: MM-11740		Fecha Inicio	03/12/11	9:04	Fecha Fin	04/12/11	11:03
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	CANTIDAD		4. ROPM	APORTE O CAMBIOS	
		plata Central	1		SI	✓	
		plata Lateral	2		SI	✓	

En Mantenimiento	HOMÓMETRO	PRESIÓN	OROSIENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE			BASE
	10374	6.2	90.1	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		12 min		Garant Alarma	No										
2. RUJEO EXTRAÑO	SI				3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas										
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CANT	DESCRIPCIÓN	CANT	COMBO	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Manguera tanque			Tanque	2
1	Manguera tubo refrigerante				

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clara Refrigerante)	Se verifica actuación de alarmas (L1 - L5 - E2)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Apagado de válvula de estado	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOMÓMETRO	PRESIÓN	OROSIENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
	1649	6.3	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.															