ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/05/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MR-3811B	Fecha Inicio	04/12/24 7:29	Fecha Fin	04/12/24 9:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO/OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID / REPORTE	REMPLAZO / CAMBIO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6s)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	18763	6.4	95.3	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	98 min	Generó Alarma	No		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK perfecto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se confirma activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida del aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6s)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	18765	6.3	94.3	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Correcto funcionamiento

TOMA MANTENIMIENTO: Wilmer L.