



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: 640-0244-F-020
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/09/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Resolución #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **7F5AB20202000025** Fecha Inicio: **04/12/21** Hora: **7:29** Fecha Fin: **04/12/21** Hora: **9:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

LA	DAÑO	CLASO	CAUSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SEVERIDAD	REVISADO	REVISADO CAMBIADO
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENO	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEGAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fija	"Flejo a 0"				BASE (01-04)	MANEJO (01-05)		
	6448	6.9	93.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Genero Alarma: **NO** Caud? _____

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Malas _____ 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Malas _____

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Buena Mala _____ 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Mala _____ Con Sobrecalentamiento: SI NO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 0 (Clave Fijación)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E2)	ES
2	Flejo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LRD amarillo y (L1-L2-E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrador de alerta	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENO	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEGAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fija	"Flejo a 0"				BASE (01-04)	MANEJO (01-05)		
	6449	6.7	93.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fumoso Correo tarneate Wilmwala