# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-029 |
| Version: 1 | Fecha Actualización: 09/ene/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | 2020080000116 A | Fecha Inicio | 06/12/21 7:35 | Fecha Fin | 06/12/21 9:08 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**REVISIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Q. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |

**OBSERVACIONES INICIALES ADVERTENCIAS DADAS POR PACIENTE**

**En Mantenimiento**

| HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 98%) | FLUJOMETRO (0.5 lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm) | Pila (0 lpm) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 6.6 | 95.5 | 5i | 5i | 5i | ES | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | Mant. Preventivo |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | 5i | | Con Sobrecalentamiento | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre fugitivos) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

**En Mantenimiento**

| HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 98%) | FLUJOMETRO (0.5 lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm) | Pila (0 lpm) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | 6.7 | 95.3 | 5i | 5i | 5i | ES | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | Correcto Funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO