



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 001  
SAD-MAN-PR-001  
Fecha Actualización: 03/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha Recepción:      Retirado a:      Auxiliar Mantenimiento:      No. Orden:     

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo-Equipo: 20220180000171A      Fecha Inicio: 07/12/21 8:56      Fecha Fin: 07/12/21 13:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA      SI      NO       FECHA INICIO AISLAMIENTO      FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	CARGO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	RELLenos (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)			
107	65	963	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Gener. Alarma	SI								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANILLERAS	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>									
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI												
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.O. V	Verifica voltaje de la pila	4.2v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga 1 (Carga Fugativa)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	ES
2	Fuga 2 (Carga Fugativa)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SI-L1, E1)	OK
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión: tarjeta de flujo	Desconexión línea electrónica	OK
5	Actuación de válvula de aire	Cada vez que se abra la salida de aire se suena	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	RELLenos (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)			
107	67	913	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO

funciones Correctamente  
Wilton G