ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-47503	Fecha Inicio	07/12/24 8:51	Fecha Fin	07/12/24 13:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO (OPERADOR DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No

DETALLES ADICIONALES TAGOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE OPERACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LLA-ES)	REJILLAS (En Mant.)	FILTROS (En Mant.)	BASE (En Mant.)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 140)	RUEDAS (En Mant.)	OBSERVACIONES
	15011	6.3	93.7	5	5	5	E5	5	5	5	61	5	5	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	Si X	B.		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnostico identificado

CAMBIO DE REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

CALIBRACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hermético)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LLA-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera en salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LLA-ES)	REJILLAS (En Mant.)	FILTROS (En Mant.)	BASE (En Mant.)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 140)	RUEDAS (En Mant.)	OBSERVACIONES
	15013	6.3	92.1	5	5	5	E5	5	5	5	5	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.