OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-020 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2018 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | MN-2954B | Fecha Inicio | 09/12/21 8:51 | Fecha Fin | 09/12/21 9:10 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLE DE ADICIONES DADOS POR PARIENTE

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MARCA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15780 | 6.0 | 95.6 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90min | Generó Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 4.8V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OX |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OX |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OX |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES) | Lo |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flojo o LED amarillo y (LL-L0-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MARCA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15781 | 6.0 | 95.1 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.