



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORSATO
 Código: GAD-MAN-FR-005
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2019
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MN-2195B** Fecha Inicio: **17/12/21** 10:01 Fecha Fin: **18/12/21** 11:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	SI	NO	CANTIDAD	REPORTE	SI	NO

En Mantenimiento	HORIZONMETRO (mm)	PRESIÓN (PSI)	OXÍGENO (%)	FLUJOMETRO (LPM)	PRUEBAS DE ALARMA			RELLERAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	Flejo a 0° (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)	SI/NO			
					SI	SI	SI				SI	SI	SI			
	6810	63	92.3	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Plant. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		1 hora	Generó Alarma		No										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Registro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonoro (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lejeto de flejo	Desconexión electrónica	OK
5	Activación de válvula de alido	Captar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONMETRO (mm)	PRESIÓN (PSI)	OXÍGENO (%)	FLUJOMETRO (LPM)	PRUEBAS DE ALARMA			RELLERAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	Flejo a 0° (SI/NO)				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)	SI/NO		
					SI	SI	SI				SI	SI	SI		
	6810	63	91.4	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Fueron correctamente Firma Mantenimiento: <i>[Signature]</i>
Firma Mantenimiento: _____															