

OXPro **ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

FORMATO
SAD-MIN-FR-08
Versión 1
Fecha Actualización 05/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NM-4346B** Fecha Inicio: **13/12/21** 9:18 Fecha Fin: **13/12/21** 10:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPARABLE	REPARADO	COMENTARIO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)				SARE (SI-NO)	MAPA (SI-NO)	SI-NO		
1024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctas
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Y=1 min		Generó Alarma		No		SI		Cost?		SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	BU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado a fuerte	OK
6	Clave:		
7	Clave:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tamaño 2	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clave Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - BS)	NO
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (RD Rojo o LED amarillo y LL-L3-ER)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Baja	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrata de alto	Obstrucción manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Clave:		
7	Clave:		
8	Clave:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)				SARE (SI-NO)	MAPA (SI-NO)	SI-NO		
1024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO														W. M. M.	