



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codigo: GAD-MAN-FR-003
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/04/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **7F5MY206030000125** Fecha Inicio: **15/12/21** **7:30** Fecha Fin: **17/12/21** **9:00**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

TALLA	DAÑO	CLASIFICACION	CANTIDAD	REPORTE	REPORTE CAMBIADO

INDICACIONES DEL TECNICO QUE REALIZO EL SERVICIO: _____

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (3-4)	Pila (3-4)	"Flujo a 0" (3-4)				BASE (3-4)	BASE (3-4)			
343	6.0	95.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		No		SI		Cust?			
2. RUIDO EXTRAÑO						3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5.		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		OK

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoides)	Se verifica actuación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pilotaje	Chequear manguera de asfalto del aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (3-4)	Pila (3-4)	"Flujo a 0" (3-4)				BASE (3-4)	BASE (3-4)		
364	6.3	95.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO: _____														