ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	QAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-2475B | Fecha Inicio: 13/12/21 7:31 | Fecha Fin: 13/12/21 9:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [Y] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	BAJO	ALTA BAJO	DESCRIPCION	ANTICIPO	ID REPORTE	REPUESTO ENVIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l - Min)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	14046	6.3	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 40 min	General Alarma: NO	SI [ ]	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	[ ]	Mala	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [ ]	[ ]	Malo [ ]				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión sujeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l - Min)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	14046	6.0	92.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	SI	Si	Si	Funcione Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: