



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAG-MAN-FR-003
Versión 1
Fecha Actualización: 05/04/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenedores: No. Orden:

IDENTIFICACION DE EQUIPO
Codigo Equipo: **MM-2477B** Fecha Inicio: **13/12/21** 11:48 Fecha Fin: **13/12/21** 13:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, ANTECED, D. REPORTE, RESPUESTA CAMBIADO. Includes a vertical label 'CONTINUA REGISTRADO OPERADOR DE SERVICIO' on the left.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Fijo a 0"), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'Plant. Correctiva', 'E1', 'Bueno', 'Si', 'Con Sobredentado'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: '4. Bu', 'OX', 'OX', 'OX', 'puerle'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'Remplazó tornillo'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: 'E1', 'L5', 'OX', 'OX', 'OX'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 'Correcto', 'fueron reemplazados', 'kth'.