ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-726B	Fecha Inicio	14/12/21 7:31	Fecha Fin	14/12/21 9:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO TERMINACION DE SERVICIO

FALLA	AÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			F			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES DETALLES ADICIONALES ADICIONADO POR EXISTENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUXOMETRO (50 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	Pila (50 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hrs)	FILTROS (50 Hrs)	BASE (50 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - NO)	BARRA (50 - NO)	RUEDAS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	24631	6.1	95.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NA	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK puerto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUXOMETRO (50 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	Pila (50 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hrs)	FILTROS (50 Hrs)	BASE (50 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - NO)	BARRA (50 - NO)	RUEDAS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	24632	6.3	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO