



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MIN-PR-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Num. Orden: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____

Código Equipo: **NW-2947B** Fecha Inicio: **15/12/21** 7:36 Fecha Fin: **15/12/21** 7:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FACILIDAD	DAÑO	CLASE DAÑO	REPORTE	REPARADO
		filtro lateral		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (L-1)	Pila (S-1)	"Flujo a 0" (L-10)	RELLAS (S-1)	FLETROS (S-1)	BASE (S-1)	MANEJA (S-1)				
2021	5.7	57.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Generó Alarma		No		SI X		Cual?		E1	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		SI X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI X	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.2
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otros:		OK
7	Dícos:		OK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera 1/2"	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - S0)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-S0))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire del compresor	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		OK
8	Otros:		OK

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-1)	Pila (S-1)	"Flujo a 0" (L-10)	RELLAS (S-1)	FLETROS (S-1)	BASE (S-1)	MANEJA (S-1)			
2021	6.2	93.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuzaina Correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO												blanca G		