

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Revisión: \_\_\_\_\_ Auxiliar: \_\_\_\_\_  
 No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NW-4420B** Fecha Inicio: **16/12/11 7:30** Fecha Fin: **16/12/11 9:16**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
SI	NO				
	<input checked="" type="checkbox"/>				

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	OJERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	ELTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		BUCIAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLANOS	ELTROS	BASE				BASE	BASE		
	1604	6.6	93.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI			Mant. preventivo

1. OGLADO	Tiempo de la prueba	90min	Control Alarma	NO	SI	Qual		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Creado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutraliza del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 0 (Cero Flujo) en 0	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Operación manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	OJERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	ELTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		BUCIAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLANOS	ELTROS	BASE				BASE	BASE		
	1700	6.1	91.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Correcto funcionamiento	

Firma Mantenimiento: **Wilma G.**