ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1533 B	Fecha Inicio	16/12/21 7:35	Fecha Fin	16/12/21 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO EMPLEADO			
			filtro central	1		SI	X	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES / ESTADO POST MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (3 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED Ei)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si - No)	RUEDAS (Si Lts)	OBSERVACIONES
	12642	6.3	94.6	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Girard Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	ok puerto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clorre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - Ei)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LS-Ei))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	Activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (3Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Ma)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED Ei)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si - No)	RUEDAS (Si Lts)	OBSERVACIONES
	12643	6.2	94.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcuro Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO