

Fecha Revisión: Revisión # Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **MM-2739B** Fecha Inicio: **15/12/21** Fecha Fin: **15/12/21** **12:23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA - DAÑO IDENTIFICADO						
	<b>Baja filtro Central (Desgaste)</b>					
	<b>filtro lateral</b>					

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				30-40	30-40		
	4300	6.1	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Manf. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gases Alarm		X				Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es legible o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Clave Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flejo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión salida de flujo	Desconexión línea electrónica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				30-40	30-40		
	48596	6.1	1446	SI	SI	SI	ES	SI	SI	NO	SI	SI	Fuera Correctamente	
													FIRMA MANTENIMIENTO	Wlmer G