ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAS-MAM-PR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 06/06/2016
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	20171000000154	Fecha Inicio	15/12/21 12:59	Fecha Fin	15/12/21 12:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REFRIGERACIÓN DE SERVICIO

ALA	CARO	CASECANO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(SI-No)	Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (SI-NO)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BARE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	(SI-No)	
	12367	6.1	90.2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buen	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica Voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apuito o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecto flujo eléctrico	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
5	Otros:		
4	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(SI-No)	Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (SI-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BARE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	(SI-No)	Presenta baja presza
	12300	6.1	88.7											

FIRMA MANTENIMIENTO: Hilma G.