

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **17255196099** Fecha Inicio: **17/12/21 10:00** Fecha Fin: **17/12/21 11:08**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLAS / DAÑOS / RECOMENDACIONES	CANTIDAD	REPORTE	PROPUESTO CAMBIADO
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No

En Mantenimiento	HIGROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HERILLAS	FILTROS	DAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (2-3)	Pila (2-4)	"Fuga a 6" (2-5)				BASE (21-NO)	MANEJA (22-NO)			
	6030	8.3	95.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Man 1. prevarios	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Generó Alarma		No		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno Males	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno		SI		Con Subcalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 6 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	N.A
2	Fuga Mediana	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E2)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión torcido de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Destornillar manijera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIGROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HERILLAS	FILTROS	DAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-3)	Pila (2-4)	"Fuga a 6" (2-5)				BASE (21-NO)	MANEJA (22-NO)		
	6030	8.3	95.0	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Fuera de Conecta mente Wilmeth