



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAH-FR-003
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Rombo # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

Código Equipo: **NV-1397 B** Fecha Inicio: **14/12/21 10:59** Fecha Fin: **14/12/21 12:48**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PLAGA, PUNTO DE CLASE DADO, CANTIDAD, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various components like Filtros, Válvulas, etc.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, ORDEN, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), ESCALAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: **mant. preventivo**

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min**, Genero Alarma **N**, Cuf? **SI**
2. RUIDO EXTRAÑO: SI, No **X**
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena, Mala
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena, Malo

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Buena
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, SI, Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila 5.5 V (4.9V), Prueba de Fugas (OK), Conexión eléctrica (OK), Conexión electrónica (OK), Prueba de alarma (parte).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: Flujo a 0 (E5), Flujo Mínimo (L5), Desconexión eléctrica (Activo), Desconexión tarjeta de flujo (Activo), Activación de válvula de aire (Activo).

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, ORDEN, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, ESCALAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: **Correcta funcionamiento**