ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

UBICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2759B | Fecha Inicio: 23/12/21 7:32 | Fecha Fin: 24/12/21 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: Y | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° SERIE	REQUIERE CAMBIO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 - lts)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - lts)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	20615	6.1	95.3	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma:	NO	SI	Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5:	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LEO Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sensora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 - lts)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - lts)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	20617	6.3	94.6	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]