ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	MV-1892B	Fecha Inicio	21/12/21 7:34	Fecha Fin	21/12/21 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

FALLA	DAÑO	POSIBLE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE TERCEROS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (N-Ab)	Pila (5l-6lx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RESELLAS (S1 - No)	FILTROS (S1 - No)	BASE (S1 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	BANDA (S1 - NO)	RUEDAS (S1-No)	OBSERVACIONES
	6503	6.5	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	Si		Cuál?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (N-Ab)	Pila (5l-6lx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RESELLAS (S1 - No)	FILTROS (S1 - No)	BASE (S1 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	BANDA (S1 - NO)	RUEDAS (S1-No)	OBSERVACIONES
	6508	6.4	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G