

<b>OXPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO	
Fecha Emisión		Revisión #		Asesor Mantenimiento		Código: SAC-4044-FE-003	
						Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2018	
						Página 1 de 2	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin		No. Orden	
AN-1959B		21/12/21 7:30		21/12/21 9:21			

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLASMA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
			X				

FALTA	CANTIDAD	ADQUIRIR	REPARADO	
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS				FILTROS	BASE
					SI/NO	SI/NO	SI/NO								
13508	5.7	20.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctos		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Generó Alarma		No		SI		E1			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Manguera 1/2" x 1/2"	X			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cama Regímetro)	Se verifica activación de alarma (L1-L0-05)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L0-02))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de rebota de alita	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS				FILTROS	BASE
					SI/NO	SI/NO	SI/NO								
13524	6.2	24.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera de funcionamiento		
PRIMA MANTENIMIENTO												Wilmar G.			