ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	ISO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 07/08/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NOV-4203B | Fecha Inicio: 22/12/21 9:09 | Fecha Fin: 22/12/21 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REPORTE DE FALLAS Y DAÑOS

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

ACTIVIDADES REPORTADAS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (40% - 60%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6O)	MANGA (5l - 6O)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	18554	6.1	94.3	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	SI	Si	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Según ruta: Manguera rota

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (40% - 60%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6O)	MANGA (5l - 6O)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	18554	6.1	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	SI	Si	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]