ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GMO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DILIGENCIAMIENTO EQUIPO

Codigo Equipo	MN-3416 B	Fecha Inicio	22/10/21 9:11	Fecha Fin	22/10/21 10:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	EQUIPO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA O DAÑOS INCIDENTES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(3-7 PSI)	(90% - 95%)	(50 Hrs)	(0 Hrs)	(50 Hrs)	(LO-ES)	(1 - 5s)	(10 - 5s)	(10 - 5s)	BASE (30 - MÁS)	MANIJA (30 - MÁS)	(10 Hrs)	Mant. Preventivo
	9634	6.1	95.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si; Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(3-7 PSI)	(90% - 95%)	(50 Hrs)	(0 Hrs)	(50 Hrs)	(LO-ES)	(1 - 5s)	(10 - 5s)	(10 - 5s)	BASE (30 - MÁS)	MANIJA (30 - MÁS)	(10 Hrs)	Funciona Correctamente
	9695	6.0	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO