

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
						Codigo	040-MAN-PR-03
						Version	1
						Fecha Actualización: 04/2018 Página 1 de 2	
Fecha Recibido	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento				No. Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Codigo Equipo	NA-2489B		Fecha Inicio	22/12/14	7:30	Fecha Fin	22/12/14 9:45
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA			SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	
FECHA FIN AISLAMIENTO							
FALLA (OPRO) (DESCRIBIR)		CANTIDAD		E. REPARTE			
				SI			
				SI			
				SI			
				SI			
				SI			
				SI			
				SI			
				SI			
				SI			

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	OXIGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02			01-03
	99B	6.4	93.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Ment. Precautos	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Genera Alarma						Causa?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3. DATOS IDENTIFICADORES															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: Según ruta: Baja pureza, se dejó trabajando por más de 2 horas y no presenta alarma o baja pureza.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clara Sijómetro)	Se verifica actuación de alarma (L-L0-E0)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L-L0-E0))	LS
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar manivela de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	OXIGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02		
	99B	6.4	91.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	funciona correctamente William