ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-GMA-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	SN0194035	Fecha Inicio	23/12/21 8:00	Fecha Fin	23/12/21 15:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ITEM	CANTIDAD	DAÑO	CONSECUENCIA	OPERACIÓN	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO ENTREGADO		REPUESTO CAMBIADO	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS POR PARTE DEL TÉCNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(50 Hrs)	(50 Hrs)	(50 Hrs)	(LO-EE)	(50 - No)	(50 - No)	(50 - No)	(50 - NO)	(50 - NO)	(50 - No)	
	14429	6.4	92.0	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	NO		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticos del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	N.A
5	Activación de rotula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
8	Otros:		
9	Otros:		
0	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(50 Hrs)	(50 Hrs)	(50 Hrs)	(LO-EE)	(50 - No)	(50 - No)	(50 - No)	(50 - NO)	(50 - NO)	(50 - No)	
	14506	6.3	90.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO