

Fecha Revisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Movimientos: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NW-2738** Fecha Inicio: **27/12/21 12:04** Fecha Fin: **28/12/21 14:53**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA DE DAÑO Y CLASE DAÑO						

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORDEN	PULSÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Pipa o O"	RELLENO	FILTROS	DAÑO	INIC (01-02)	BAJOS (01-02)	ALTA (01-02)		
SI	612	94.4	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manf. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Generó Alarma		SI		SI		Cual			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	puerto
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pipa + O (Clara / Incolora)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Pipa Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1, L2 - E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORDEN	PULSÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Pipa o O"	RELLENO	FILTROS	DAÑO	INIC (01-02)	BAJOS (01-02)	ALTA (01-02)		
SI	6243.8	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correct funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Walter G.*