ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SIAD-MAM-FR-080
Versión: 1	Fecha Autorización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-41858	Fecha Inicio	6/12/21 12:24	Fecha Fin	29/12/21 10:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SOLICITUD REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	CÓDIGO FALLA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO		
			falla Central	1		X	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	

OBSERVACIONES DEL OPERADOR DE SERVICIO AL FINALIZAR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (60 - 100)	RUEDAS (50 lts)	OBSERVACIONES
	8529	6.2	88.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	27 min	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?	No	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			
	Manguera tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - 03)	ES
2	Flujo Moderno	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-03)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión flujo eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (60 - 100)	RUEDAS (50 lts)	OBSERVACIONES
	8531	6.2	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO