ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 09/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1845B	Fecha Inicio	09/12/21 10:43	Fecha Fin	29/12/21 9:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO POR EL OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20%-99%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5v)	Pila (0-5v)	"Flujo a 0" (LO-E0)	REJILLAS (0-5v)	FILTROS (0-5v)	BASE (0-5v)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-5V)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (0-5V)	RUEDAS (0-5v)	OBSERVACIONES
	1302	62	62.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	95 min	Generó Alarma	No		Si X	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20%-99%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5v)	Pila (0-5v)	"Flujo a 0" (LO-E0)	REJILLAS (0-5v)	FILTROS (0-5v)	BASE (0-5v)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-5V)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (0-5V)	RUEDAS (0-5v)	OBSERVACIONES
	1302	63	64.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.