ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-005
Version: 7	Fecha Actualización: 09/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-3203 B	Fecha Inicio	7:28	Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA SOSPECHOSO DEFRAUDE DE SANIDAD

ESTADO	CANT.	UNIDAD DE CANT.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	SERVICIO PRESTADO		
	X		Base pilas Central	L		Si	X	No
				L		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANGA		
	(l/m)	(5-7 PSI)	(95% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI/No)	Rond. Correctivo
2021	6.3	95.1	Si		Si	Si	ES	Si	Si	NO	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	NO X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO V	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5. V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Bajómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANGA		
	(l/m)	(5-7 PSI)	(95% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI/No)	Correcto funcionamiento
2082	6.3	95.2	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer